

14-5-2020
Γρ Προμηθειών
81

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ

- Τα στηθοσκόπια να είναι πλήρη, αμεταχείριστα, ανθεκτικής κατασκευής και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
- Να είναι κατάλληλα για εξέταση βρεφών και παιδιών
- Να έχουν διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών, αλλά και ήχους υψηλών συχνοτήτων και να παρέχουν βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια
- Να διαθέτουν μονό αυλό νέας γενιάς από ενισχυμένο υλικό, χωρίς Latex, εύκαμπτο και ανθεκτικό
- Να έχουν στεφάνη και διάφραγμα που δεν παγώνουν τον ασθενή
- Να περιλαμβάνουν μαλακές ελιές με καλή εφαρμογή στο αυτί, οι οποίες να κουμπώνουν σταθερά στα αυτιά για λόγους ασφαλείας
- Να είναι χρωματιστά λόγω παιδιατρικής χρήσης
- Διάμετρος διαφράγματος από 3-3.6 cm
- Τύπος διαφράγματος: πλωτό διάφραγμα
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42 περί ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
- Να κατατεθεί βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη

Η Επιτροπή:

1. Λιάνα Αικατερίνη, Επιμελήτρια Ά Παιδιατρικής
2. Γρηγοροπούλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ Χημικών
3. Χαστάς Ιωάννης, Επιμελητής Β Παιδιατρικής

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α
ΑΜΚΑ: 04116780248

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΕΠΕΝΔΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 18078002831

3Η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
(«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»)

Ημερομηνία 14-5-20
Αριθ Πρωτ 5970
Φάκελος Αρχείου