

14-5-2020  
Dr. Προμηθεύω



## ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ

Να είναι καινούριας τεχνολογίας, να είναι σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει τις διαδικασίες παρακέντησης φλεβών και αιμοληψίας σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και παχύσαρκα άτομα. Επίσης να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Εύκολη στη χρήση και ασφαλής
- Μικρές διαστάσεις
- Μικρό βάρος
- Πηγή ανίχνευσης φλεβών: υπέρυθη ακτινοβολία
- Έκλυση ραδιενέργειας: όχι
- Βάθος ανίχνευσης φλεβών έως 12mm
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με μεγάλη αυτονομία
- Γρήγορη επαναφόρτιση μπαταρίας
- Τροφοδοσία: Τάση 220V/50Hz
- Να υπάρχει πεδίο απεικόνισης για παιδιά
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα σε διάφορα επίπεδα που να επιτρέπει την προσαρμογή της σε σχέση με τον περιβάλλοντα φωτισμό
- Δυνατότητα εναλλαγής σε διαφορετικά χρώματα
- Να έχει δυνατότητα αντίστροφης απεικόνισης και λειτουργία ενισχυμένης απεικόνισης
- Μήκος κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας 850-940nm
- Μήκος κύματος ορατού φωτός περίπου 530nm, να αναφερθεί ώστε να αξιολογηθεί
- Εστιακή απόσταση: περίπου 20 +/- 5cm
- Να παραδοθεί με τροχήλατη βάση
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42 περί ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
- Να κατατεθεί βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη

3<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Ημερομηνία 14-5-20  
Αριθ. Πρωτ. 5974  
Φάκελλος Αρχείου \_\_\_\_\_

### Η Επιτροπή:

- 1) Λιάνα Αικατερίνη, Επιμελήτρια Α Παιδιατρικής
- 2) Γρηγοροπούλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ Χημικών
- 3) Χαστάς Ιωάννης, Επιμελητής Β Παιδιατρικής

3<sup>η</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  
**ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α  
ΑΜΚΑ: 04116700248

3<sup>η</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΤΑΣ**  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ  
ΑΜΚΑ: 15078003631