

14-5-20
Γρ. Προμηθειών 12



70. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1. Να ρυθμίζεται το ύψος ηλεκτρικά με μοτέρ.
2. Να έχει ρυθμιζόμενη πλάτη και πόδια με 2 ηλεκτρικά μοτέρ έτσι ώστε να οριζοντιώνεται εύκολα.
3. Να περιλαμβάνεται στήριγμα χεριού 2 μερών , ρυθμιζόμενο σε ύψος και προαιρετικά σε κατεύθυνση (δεξιά -αριστερά) .
5. Να είναι από δερματίνη.
6. Να διαθέτει σήμανση CE.

Η επιτροπή:

- 1) Λιάνα Αικατερίνη Επιμελήτρια Α' Παιδιατρικής.
- 2) Γρηγοροπούλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ Χημικών.
- 3) Χαστάς Ιωάννης, Επιμελητής Β' Παιδιατρικής.

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΗΤΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α
ΑΜΚΑ: 02116700248

3η ΥΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΙΑΚΤΩΡ ΠΑΝΟΣ

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΗΤΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

3Η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Ημερομηνία 14-5-20
Αριθ Πρωτ 5986
Φάκελλος Αρχείου