

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στην ανάνηψη ανηλίκων είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικών μεγεθών ασκών ανάνηψης όπως και μασκών, ώστε να καλύπτεται το μεγάλο ηλικιακό εύρος (από πρόωρα έως 16 ετών). Γι' αυτό χρειάζονται 3 είδη ασκού, με διαφορετική χωρητικότητα:

- Νεογνικός: 240 ή 250ml
- Παιδικός: 500ml
- Ενηλίκων: μεγαλύτερη από 1200ml

Ο ασκός πρέπει:

3η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"
Ημερομηνία
14/5/20
Αριθ. Πρωτ.
5977
Φάκελλος Αρχείου.....

- Να έχει εργονομικό και ελαφρύ σχεδιασμό
- Αντιολισθητική επιφάνεια ασκού
- Να έχει ελάχιστη μηχανική αντίσταση
- Να είναι κατασκευασμένος από συλικόνη ή άλλο πολυμερές Latex free υλικό.
- Να έχει βαλβίδα ασθενούς μονής κατευθύνσεως με φίλτρο το οποίο να μην επιτρέπει την μεταφορά υγρών ή σταγονιδίων μεταξύ ασθενή και διασώστη
- Ο ασκός και η μάσκα να είναι διαφανή, ώστε να διασφαλίζεται η καλή ορατότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης
- Να είναι εύκολη στην αποσυναρμολόγηση –επανασυναρμολόγηση
- Ο ασκός και η μάσκα να μπορούν να αποστειρωθούν στους 14 o C
- Το νεογνικό και παιδικό μέγεθος να διαθέτει βαλβίδα ασφάλειας σχεδιασμένη να ανοίγει όταν η πίεση υπερβεί τα 40 cm νερού. Η βαλβίδα ασφάλειας να μπορεί να κλειδωθεί εάν κριθεί απαραίτητο
- Ο νεογνικός ασκός να συνοδεύεται ρεζερβουάρ οξυγόνου
- Ο νεογνικός ασκός να έχει χωρητικότητα από 240-250 ml και να συνοδεύεται από δύο μάσκες σιλικόνης διαφορετικών μεγεθών (για πρόωρα και SGA νεογνά, number 00 και τελειόμηνα νεογνά number 0)
- Ο παιδικός ασκός να έχει χωρητικότητα περίπου 500ml και να συνοδεύεται από την κατάλληλη σε μέγεθος μάσκα προσώπου
- Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων να έχει δυνατότητα χρήσης σε ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών, να έχει δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 1200ml και να συνοδεύεται από δύο μάσκες σιλικόνης ενηλίκων διαφορετικών μεγεθών
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42 περί ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
- Να κατατεθεί βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη

Η Επιτροπή:

1. Λιάνα Αικατερίνη, Επιμελήτρια Ά Παιδιατρικής
2. Γρηγοροπούλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ Χημικών
3. Χαστάς Ιωάννης, Επιμελητής Β Παιδιατρικής

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΙΑ»
ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΑΜΚΑ: 04116700248

Σ. Κ. Κ. Β. Β. Β. Β.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΕΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΣΙΒΩΝΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΙΑ»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΕΟΤΝΟΥΔΟΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 18078003631