

82

14-5-2020
Γρ Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ-ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Να είναι:

- Κατάλληλο για παιδιά
- Φορητό
- Εύκολο στη χρήση
- Μικρό και ελαφρύ
- Ψηφιακό τελευταίας τεχνολογίας
- Να υπολογίζει: FEV1, FEV6 και FEV1/FEV6
- Εύρος ροής: 0.15 -9.99 Lit
- Ακρίβεια: FEV1+/- 3.5%

FEV6 +/- 4%

- Τεχνολογία πίεσης /ροής
- Αυτόματη αποθήκευση μετρήσεων (προαιρετικό)
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42 περί ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
- Να κατατεθεί βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη

Η Επιτροπή:

1. Λιάνα Αικατερίνη, Επιμελήτρια Α Παιδιατρικής
2. Γρηγοροπούλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ Χημικών
3. Χαστάς Ιωάννης, Επιμελητής Β Παιδιατρικής

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Ημερομηνία 14-5-20
Αριθ Πρωτ 5969
Φάκελλος Αρχείου _____

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α
ΑΜΚΑ: 04116700248

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 18078964631