

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ

1. Η χειρουργική πολυθρόνα να είναι τροχήλατη, με τέσσερις(4) ανεξάρτητους, σταθερούς τροχούς, με δυνατότητα μηχανικής χειροκίνητης απελευθέρωσής τους σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών τους φρένων.
2. Να διαθέτει ηλεκτρομηχανική καθ' ύψος κίνηση.
3. Να πραγματοποιεί την ηλεκτρομηχανική καθ' ύψος κίνηση μέσω δύο ποδοχειριστηρίων στην εμπρόσθια πλευρά της.
4. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα φρένων για πλήρη ακινητοποίηση και σταθερότητα, το οποίο να ενεργοποιείται εύκολα από ειδικό διακόπτη στην εμπρόσθια πλευρά της και να απενεργοποιείται από αντίστοιχο διαφορετικό διακόπτη επίσης στην εμπρόσθια πλευρά για πλήρη ευκολία.
5. Να διαθέτει άνετο κάθισμα με εργονομική σχεδίαση και δυνατότητα κάμψης πλάτης, ώστε να παρέχεται στον χειρουργό μεγάλη ευκινησία, σωστή κατανομή του βάρους και συχνές αλλαγές στάσης. Να αναφερθούν οι διαστάσεις.
6. Το ανατομικό κάθισμα να μπορεί να εκτελεί οριζόντια.
7. Να έχει αντοχή βάρους τουλάχιστον 250 κιλά.
8. Να διαθέτει βραχίονες με ρυθμιζόμενη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, τόσο καθ' ύψος, όσο και κατά μήκος, για άνεση και χωρίς κούραση χειρισμούς ακόμα και σε επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας. Οι βραχίονες αυτοί να φρενάρονται και να ακινητοποιούνται, αλλά και ακόμα να αφαιρούνται.
9. Να διαθέτει συμπαγή βάση, που να στηρίζεται σε τέσσερις ανεξάρτητους τροχούς με διπλές ρόδες, και σχήμα ασύμμετρων ποδιών για την διευκόλυνση των μετακινήσεων του χειρουργού.
10. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να μπορεί να αφαιρείται και να συνοδεύεται από ειδικό φορτιστή.
11. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της πολυθρόνας.
12. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Κοζάνη 13/12/2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
“ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”

ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κατά την αριθμ.πρωτ 12551/12-10-2023 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου, σας υποβάλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη

- ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ
- ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

Ωστε να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

Η επιτροπή

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΜΜΟΝΙΑΣ 12/10/2023
12551/2023

ΑΔΑΔΑΔ ΤΩ
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩ
ΑΜΜΟΝΙΑΣ
24067000745

.....