

## Προδιαγραφές Helmet Cpap

ΚΡΑΝΟΣ για μη επεμβατικό αερισμό (NIV) ( 10 τεμάχια ) που να διαθέτει :

- Συνδετικά 22M/22F
- Σφραγισμένες προσβάσεις για αισθητήρες ή καθετήρες
- Εύκολη πρόσβαση στον ασθενή από το νοσηλευτικό προσωπικό (π.χ. φερμουάρ)
- Ειδική μεμβράνη για αποφυγή διαρροών αέρα
- Ειδικούς αντιμικροβιακούς ιμάντες στερέωσης στην μασχάλη
- Να είναι Latex free και κατασκευασμένο από βιοσυμβατά υλικά
- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για ενήλικες

ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ για CPAP ( 25 τεμάχια ) που να διαθέτει :

- Συνδετικά 22M/22F
- Σφραγισμένες προσβάσεις για αισθητήρες ή καθετήρες
- Εύκολη πρόσβαση στον ασθενή από το νοσηλευτικό προσωπικό (π.χ. φερμουάρ)
- Ειδική μεμβράνη για αποφυγή διαρροών αέρα
- Ειδικούς αντιμικροβιακούς ιμάντες στερέωσης στην μασχάλη.
- Να συνοδεύεται απο ρυθμιζόμενη βαλβίδα pEEP 0-20 cm H<sub>2</sub>O και μανόμετρο
- Να είναι Latex free και κατασκευασμένο από βιοσυμβατά υλικά
- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για ενήλικες

Να διατεθει τουλάχιστον 1 Γεννήτρια υψηλής ροής για εφαρμογή αερισμού CPAP / οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

- Να μπορεί να παράγει ροές από 0 έως 160 lt/m ώστε να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις Μέγιστης Εισπνευστικής Ροής ( PIFR).
- Να διαθέτει κύριο και επιπρόσθετο ροόμετρο 15 l/min και 30 l/min
- Να προσφέρει ευρεία κλίμακα ποσοστών οξυγόνου από 34%- 100%.
- Να απαιτείται μόνο συμπιεσμένο οξυγόνο και να λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία ρεύματος – ανεξάρτητα και μόνο με την παροχή του οξυγόνου από τον τοίχο ή την φιάλη.
- Να είναι μικρού βάρους < 1kg
- Να δύναται να συνδεθεί αναλυτής οξυγόνου και μανόμετρο.

Θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερος αριθμος γεννητριων

Να υπάρχει τουλάχιστον 2 χρονια εγγύηση για όλα τα παραπάνω

Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικων για τουλάχιστον 10 χρονια

Να φέρει CE 92/42 περι ιατροτεχνολογικου εξοπλισμου