

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Πολυσουλφόνη rexbrane (PVP) Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 1,6 KUF/m2, <20ml/h.mmHg: <20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη: 260/257 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 239/147 Ινουλίνη: Αδιάφορο KoA ουρίας κατ'ελάχιστο: 1100 Συντελεστής διαβατότητας B2-M>: Αδιάφορο γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχανήμα TN	NAI		
2	Πολυσουλφόνη rexbrane (PVP) Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 1,8 KUF/m2, <20ml/h.mmHg : <20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη 265/250 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 195/115 Ινουλίνη: Αδιάφορο KoA ουρίας κατ'ελάχιστο: 1100 Συντελεστής διαβατότητας B2-M>: Αδιάφορο γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχανήμα TN	NAI		
3	Πολυσουλφόνη τύπου polynephrone Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 1,9 KUF/m2, <20ml/h.mmHg: <20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη: 265/250 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 220/140 Ινουλίνη: Αδιάφορο KoA ουρίας κατ'ελάχιστο: 1100 Συντελεστής διαβατότητας B2-M>: Αδιάφορο γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχανήμα TN	NAI		
4	Πολυσουλφόνη τύπου polynephrone Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 2,1 KUF/m2, <20ml/h.mmHg: <20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη: 270/250 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 225/155 Ινουλίνη: Αδιάφορο KoA ουρίας κατ'ελάχιστο:	NAI		

	1240 Συντελεστής δια βατότητας B2-M>: Αδιάφορο γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχάνημα TN			
5	Κράμα πολυαιθεροσουλφόνης (πολυμερισμένος πολυεστέρας τύπου PEPA Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 2,1 KUF/m2, <20ml/h.mmHg : >20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη: 260/240 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 230/170 Ινουλίνη: 115 KoA ουρίας κατ'ελάχιστο: 1000 Συντελεστής δια βατότητας B2-M>: 0,8 γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχάνημα TN	NAI		
6	Πολυσουλφόνη τύπου Polyneptron Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 1,9 KUF/m2, <20ml/h.mmHg: >20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη: 275/250 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 250/190 Ινουλίνη: 125 KoA ουρίας κατ'ελάχιστο: 1350 Συντελεστής δια βατότητας B2-M>: 0,8 γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχάνημα TN	NAI		
7	Κράμα πολυαιθεροσουλφόνης (πολυμερισμένος πολυεστέρας τύπου PEPA Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου m2: 1,8 KUF/m2, <20ml/h.mmHg: >20 Καθάρσεις ουσιών σε ml/min, Qb 300ml, Qd 500ml/min ουρία/κρεατινίνη: 270/260 Καθάρσεις φωσφορικών/ βιταμίνη B12: 245/180 Ινουλίνη: 90 KoA ουρίας κατ'ελάχιστο: 1400 Συντελεστής δια βατότητας B2-M>: 0,8 γ-Ακτινοβολία Γραμμές PHISIO ARTIS για μηχάνημα TN	NAI		